



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 6

“Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”

ERRATA CORRIGE

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AGHI E SIRINGHE”
PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

Nel Disciplinare di gara, par. 8.1, pag. 45, il lotto 18 “Ago Cannula ad una via senza alette provvisto di meccanismo di sicurezza”, contiene un refuso di stampa. Pertanto, la presenza del criterio di valutazione “Funzionalità d’uso della seconda via (es: Facilità di chiusura e tenuta del tappo dopo l’uso)” viene eliminato.

L’assegnazione di n. 50 punti sarà ripartita secondo la seguente tabella, che sostituisce quella contenuta nel disciplinare di gara.

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>PT</i>
Funzionalità e maneggevolezza	
Caratteristiche del catetere assenza di memoria, connessione al cono resistente all'estrazione e biocompatibilità	9
Atraumaticità dell'ago guida, affilatura e robustezza del medesimo	6
Ergonomicità dell'impugnatura	7
Scorrevolezza dell'ago nel catetere, facilità di estrazione dell'ago, continuità del diametro della cannula con la punta del mandrino (assenza di gradino, per facilitare inserimento atraumatico dell'ago)	6
Sistema di sicurezza	
Facilità di attivazione del sistema di sicurezza	4
Irreversibilità del sistema di sicurezza	4
Progetto di formazione	4
Confezionamento	
<i>Primario:</i>	
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2
apertura peel open	3
Confezionamento	
<i>Secondario:</i>	
identificazione corretta del prodotto es. Codice colore	3
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2
Totale	50

Il Dirigente del Servizio
Responsabile della Centrale Unica
Avv. Fabio Damiani