

**REPUBBLICA ITALIANA**

Regione Siciliana



**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 1 Accreditamento Istituzionale

**Autorizzazione all'uso dell'apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico, marca Philips modello Achieva da 1.5 Tesla", installata presso la Casa di cura "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l." sito nel Comune di Melilli.**

**Il Dirigente Generale**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
- VISTO il D.M. Sanità 29.11.1985;
- VISTO il D.M. Sanità 02.08.1991;
- VISTA il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. Sanità 08.08. 1994, n. 542;
- VISTO il D.A. Sanità n. 28668 del 13.04.1999;
- VISTA la L.R. 10 del 15.05.2000 e, in particolare, l'art.2 comma 2;
- VISTO il D.A. 890/02 che reca disposizioni in ordine all'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- VISTO il DDG n. 1805 del 23.09.2011 con il quale il Legale rappresentante del Presidio Sanitario "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto S.r.l." sito in Augusta, strada provinciale Brucoli 507/A, è stato autorizzato all'uso di un'apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico, marca Philips modello Achieva da 1.5 Tesla, presso l'omonimo presidio sanitario;
- VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC in data 5.12.2017 acquisita al prot. n. 91579 con la quale il legale rappresentante del presidio sanitario denominato "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto srl", ha inoltrato, ai sensi dell'art. 5 del D.A. 2.8.1991, la comunicazione per il trasferimento della apparecchiatura a RMN dal sito in Str. Provinciale Brucoli 507/A- 96011 Augusta (SR), all'omonimo presidio sanitario sito a Melilli in C.da spalla s.n.;
- VISTA la nota prot. n. 93981 del 14.12.2017 con la quale il Servizio 1 DASOE ha invitato il Legale Rappresentante del presidio sanitario denominato "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto srl" ad inviare la dichiarazione di avvenuta installazione dell'apparecchiatura a RMN di cui sopra;
- VISTA la nota prot. n. 568/Ig del 6.2.2018 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Siracusa ha inoltrato l'esito della verifica effettuata, dichiarando il regolare funzionamento di tutti gli impianti esistenti e dei sistemi di prevenzione e sicurezza

relativamente all'apparecchiatura a RMN di gruppo A marca Philips modello Achieva da 1.5 Tesla installata presso la Casa di Cura Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l. sito nel Comune di Melilli in c.da Spalla;

- VISTA la nota 23612 del 21.03.2018 con la quale il servizio 1 DASOE ha richiesto documentazione integrativa;
- VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC del 26.3.2018, acquisita al numero di protocollo 2573 del 28.3.2018, con la quale il legale rappresentante del Presidio sanitario Casa di Cura Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l. ha dato riscontro alla sopracitata nota 23612 del 21.3.2018;
- VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di non incompatibilità, nonché i titoli accademici e l'esperienza nel settore delle RMN dichiarati nel curriculum dal dott. Pietro Guarino, indicato quale esperto responsabile della sicurezza fisica;
- VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di non incompatibilità, nonché i titoli accademici e l'esperienza nel settore delle RMN dichiarati nel curriculum dal dott. Antonio Politi indicato quale responsabile della Gestione Medica;
- RITENUTO di dover adottare, ai sensi dell'art. 3 del D.A. sanità 28668 del 13.04.1999, il provvedimento con il quale si autorizza il Legale Rappresentante del Presidio sanitario Casa di cura Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l. sito nel Comune di Melilli, all'uso l'apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico marca Philips modello Achieva da 1.5 Tesla installata presso l'omonimo presidio sanitario.
- RITENUTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza conforme a quanto previsto D.A. Sanità 28668 del 13.04.1999;
- VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2016 n. 8293 con il quale è stato approvato il contratto individuale di Dirigente preposto al Servizio 1 "Accreditamento Istituzionale", stipulato il 13 dicembre 2016 tra il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e il Dott. Antonio Colucci;
- VISTO il D.P.R.S. 16 febbraio 2018 n. 712 con il quale alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

## **DECRETA**

- Art. 1 Per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti del dispositivo, si autorizza il Legale Rappresentante della Casa di cura "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l." all'uso dell'apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico, marca Philips modello Achieva da 1.5 Tesla installata presso l'omonimo presidio sanitario sito in C/da spalla Melilli.
- Art. 2 Responsabile della gestione medica è il dott. Antonio Politi.
- Art. 3 Esperto responsabile della sicurezza fisica è l'ing. Pietro Guarino.
- Art. 4 È fatto obbligo al Legale Rappresentante della Casa di cura "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l." di munirsi delle necessarie autorizzazioni, pareri o nulla osta occorrenti per la specifica attività, il cui rilascio compete ad altre pubbliche

amministrazioni e di rispettare quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 5 È fatto obbligo al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di appartenenza di effettuare la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di sicurezza, nonché acquisire le certificazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione da parte del Presidio ove è installata l'apparecchiatura a RM in questione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web dell'Assessorato alla Salute.

23/04/2018

F.to

Il Dirigente Generale  
(Dott.ssa. Maria Letizia Di Liberti)