

**REPUBBLICA ITALIANA**

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 1 Accreditamento Istituzionale

**Autorizzazione all'uso dell'apparecchiatura per Risonanza magnetica Total Body di gruppo A per uso diagnostico, marca Esaote Biomedica S.p.A modello S-Scan da 0,24 Tesla, installata presso il Presidio Sanitario "Centro di Radiologia Medica s.r.l." sito nel Comune di San Giovanni Gemini (AG) in Via M. Amari n. 2H.**

**Il Dirigente Generale**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
- VISTO il D.M. Sanità 29.11.1985;
- VISTO il D.M. Sanità 02.08.1991;
- VISTA il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. Sanità 08.08. 1994, n. 542;
- VISTO il D.A. Sanità n. 28668 del 13.04.1999;
- VISTA la L.R. 10 del 15.05.2000 e, in particolare, l'art.2 comma 2;
- Visto il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2016 n. 8293 con il quale è stato approvato il contratto individuale di Dirigente preposto al Servizio 1 "Accreditamento Istituzionale", stipulato il 13 dicembre 2016 tra il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e il Dott. Antonio Colucci;
- VISTO il D.P.R.S. 16 febbraio 2018 n. 712 con il quale alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
- VISTO il D.A. 890/02 e ss. mm. e ii., che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- VISTO il D.D.G. n. 693 del 22/4/15 con il quale si autorizza il legale rappresentante del Presidio Sanitario "Centro di Radiologia Medica s.r.l.", sito nel Comune di san Giovanni Gemini (AG) in Via M. Amari n. 2H, ad installare, presso lo stesso presidio, un'apparecchiatura di RMN del gruppo A per uso diagnostico;
- VISTA la nota recante data 25/5/2015, acquisita al protocollo del Dipartimento A.S.O.E. il 16/6/2015 al n. 49902, con la quale il legale rappresentante del "Centro di Radiologia Medica s.r.l.", di San Giovanni Gemini comunica, ai sensi del D.A. Sanità 13/4/99 art. 3 punto 4 lett. a), l'avvenuta installazione di un'apparecchiatura per Risonanza magnetica dedicata

ad arti e articolazioni di gruppo A per uso diagnostico, marca Esaote Biomedica s.p.a modello S-Scan da 0,24 Tesla;

- VISTA la nota prot. n. 60299 del 27/7/15 con la quale l'Area interdipartimentale 5 del D.A.S.O.E. invita la A.S.P. di Agrigento ad effettuare un sopralluogo presso il "Centro di Radiologia Medica s.r.l." di San Giovanni Gemini al fine di verificare la conformità dell'apparecchiature di RM installata con quanto previsto dal D.A. Sanità 13/4/99;
- VISTA la nota prot. n. 38928 dp/lav/15 del 23/9/15 con la quale la A.S.P. di Agrigento comunica al "Centro di Radiologia Medica s.r.l." di San Giovanni Gemini la necessità di inoltrare alla stessa A.S.P. formale richiesta di autorizzazione sanitaria, a seguito delle variazioni ai locali che lo stesso Centro di Radiologia Medica intende effettuare;
- VISTA la nota del "Centro di Radiologia Medica s.r.l." di San Giovanni Gemini recante data 18/2/19, in riscontro alla nota a firma del Dirigente Generale del DASOE prot. n. 11898 dell'8/2/19, con la quale il legale rappresentante della struttura ha, tra l'altro, rinnovato la richiesta di autorizzazione all'uso della apparecchiatura come "*Total body*";
- VISTA la nota prot. n. 36206 del 6/5/19, a firma del Dirigente Generale del DASOE, con la quale si invita il Dipartimento di Prevenzione della A.S.P. di Agrigento ad effettuare un sopralluogo ispettivo presso il "Centro di Radiologia Medica s.r.l." di San Giovanni Gemini al fine di verificare la conformità al D.A. 13/4/99 dell'apparecchiatura di RMN come "*Total body*" e con la quale si invita lo stesso Centro ad inviare l'elencata documentazione integrativa;
- VISTA l'integrazione documentale richiesta, pervenuta a mezzo PEC il 15/5/19;
- VISTA la nota prot. n. 50398 del 19/6/19 con la quale il Dirigente del Servizio 1 DASOE, in riscontro alla nota prot. n. 81851 del 9/5/19 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.P. di Agrigento, rinnova al Dipartimento di Prevenzione l'invito ad effettuare un sopralluogo ispettivo presso il "Centro di Radiologia Medica s.r.l." di San Giovanni Gemini al fine di verificare la conformità al D.A. 13/4/99 dell'apparecchiatura di RMN come "*Total body*";
- VISTA la nota prot. n. 122879 del 15/7/19 con la quale il Dipartimento di Prevenzione della A.S.P. di Agrigento attesta la conformità dell'impianto alle normative vigenti in materia precisando che "*La presente attestazione è finalizzata all'emissione dell'Autorizzazione all'uso della suddetta apparecchiatura, a conclusione dell'iter amministrativo avviato nell'anno 2015*";
- VISTA la nota di conferimento incarico al Dott. Marcello Peritore in qualità di Responsabile della Gestione medica, recante data 13/5/19;
- VISTA la nota di accettazione dell'incarico e la dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità del Dott. Marcello Peritore in qualità di Responsabile della Gestione medica, recante data 13/5/19;
- VISTI i titoli accademici e l'esperienza nel settore delle RMN dichiarati nel curriculum dal dott. Marcello Peritore;
- VISTA la nota di conferimento incarico all'Ing. Pietro Guarino in qualità di Responsabile tecnico della sicurezza, recante data 13/5/19;
- VISTA la nota di accettazione dell'incarico e la dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità dell'Ing. Pietro Guarino in qualità di Responsabile tecnico della sicurezza, recante data 13/5/19;
- VISTI i titoli accademici e l'esperienza nel settore delle RMN dichiarati nel curriculum dall'Ing. Pietro Guarino;
- RITENUTO di dover adottare, ai sensi dell'art. 3 del D.A. sanità 28668 del 13.04.1999, il provvedimento con il quale si autorizza il Legale Rappresentante del Presidio Sanitario "Centro di Radiologia Medica s.r.l." all'uso di un'apparecchiatura per Risonanza magnetica

Total Body di gruppo A per uso diagnostico, marca Esaote Biomedica S.p.A. modello S-Scan da 0,24 Tesla, installata presso lo stesso Presidio Sanitario sito nel Comune di San Giovanni Gemini (AG) in Via M. Amari n. 2H.

#### **DECRETA**

- Art. 1 Per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti del dispositivo, si autorizza il Legale Rappresentante del Presidio Sanitario "Centro di Radiologia Medica s.r.l." all'uso di un'apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare di Gruppo A Total Body ad uso diagnostico Marca Esaote Biomedica S.p.A Modello S-Scan da 0,24 Tesla, installata presso lo stesso Presidio Sanitario sito nel Comune di San Giovanni Gemini (AG) in Via M. Amari n. 2H.
- Art. 2 Il Responsabile della gestione medica è il Dott. Marcello Peritore, nato a Gela (CL) il 18/6/63.
- Art. 3 Il Responsabile tecnico della sicurezza è l'Ing. Pietro Guarino, nato a Sclafani Bagni (PA) il 25/9/45.
- Art. 4 È fatto obbligo al Legale rappresentante del Presidio Sanitario "Centro di Radiologia Medica s.r.l." di San Giovanni Gemini, di munirsi delle necessarie autorizzazioni, pareri o nulla osta occorrenti per la specifica attività, il cui rilascio compete ad altre pubbliche amministrazioni e di rispettare quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.
- Art. 5 È fatto obbligo al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di appartenenza di effettuare la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di sicurezza, nonché acquisire le certificazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione da parte del Presidio ove è installata l'apparecchiatura a RM in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato della Salute.  
19/07/2019

F.to

Il Dirigente Generale  
*Dott.ssa. Maria Letizia Di Liberti*