

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 1 "- "PREVENZIONE SECONDARIA, MALATTIE PROFESSIONALI E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"

Autorizzazione all'uso di un'apparecchiatura a Risonanza magnetica Nucleare ad uso diagnostico da 1,5 T marca Philips, modello Ingenia, presso l'edificio 8/B del P.O. "Rodolico" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, sito in Via S. Sofia.

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto** il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
- Visto** il D.M. Sanità 8.8. 1994, n. 542 con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica sul territorio nazionale;
- Visto** il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Visto** il D.A. Sanità 13 aprile 1999, n. 28668 "Approvazione delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica";
- Vista** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
- Visto** il D.A. 17 giugno 2002 n. 890 e ss. mm. e ii. che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002 e, in particolare, l'articolo 4;
- Vista** la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
- Visto** il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali";
- Visto** il D. M. Salute 10.08.2018 di Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a RM;
- Visto** il DDG n. 1401 del 30.07.2018 con il quale è stato autorizzato il Dirigente Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania all'installazione di una apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico da 1,5 T marca Philips mod. Ingenia presso l'edificio 8B del P.O. Rodolico sito in Via S. Sofia;
- Vista** la nota prot. 51168 del 5.12.2018, acquisita al protocollo con il numero di Prot. 92505 del 13.12.2018, con la quale il Dirigente Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania comunica l'avvenuta installazione di una apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico da 1,5 T marca Philips mod. Ingenia presso l'edificio 8/B facente parte della struttura denominata CAST del P.O. Rodolico sito in Via S. Sofia;
- Vista** la nota prot. 49 del 2.01.2019 con la quale questo Dipartimento ha richiesto un sopralluogo all'ASP di Catania al fine di verificare la conformità delle predette apparecchiature alla normativa vigente in materia;

- Vista** la nota prot.12517/D.P.M del 29.01.2019 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania ha comunicato di avere impartito le disposizioni da adempiere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso;
- Vista** la nota prot. 8822/DP del 16.01.2020, acquisita al protocollo al n. 1634 del 16.01.2020, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania ha trasmesso l'esito dei nuovi sopralluoghi effettuati in data 18.10.2019 e 10.01.2020 presso l'edificio 8/B del P.O. Rodolico sito in Via S. Sofia;
- Ritenuto** di dover adottare, ai sensi dell'art. 3 del D.A. sanità 28668 del 13.04.1999, il provvedimento con il quale si autorizza il Dirigente Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania all'uso di una apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico da 1,5 T marca Philips mod. Ingenia presso l'edificio 8/B facente parte della struttura denominata CAST del P.O. Rodolico sito in Via S. Sofia;

DECRETA

- Art. 1 Per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti del dispositivo, ai sensi dell'art. 3 del D.A. Sanità n. 28668 del 13.04.1999, si autorizza il Dirigente Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania all'uso di una apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico da 1,5 T marca Philips mod. Ingenia presso l'edificio 8/B facente parte della struttura denominata CAST del P.O. Rodolico sito in Via S. Sofia.
- Art. 2 Responsabile della gestione medica è il dott. Carmelo Privitera.
- Art. 3 Esperto responsabile della sicurezza fisica è il dott. Giovanni Mannino.
- Art. 4 È fatto obbligo al Dirigente Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania di munirsi delle necessarie autorizzazioni, pareri o nulla osta occorrenti per la specifica attività, il cui rilascio compete ad altre pubbliche amministrazioni e di rispettare quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.
- Art. 5 È fatto obbligo al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di appartenenza di effettuare la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di sicurezza, nonché acquisire le certificazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione da parte del Presidio ove sono installate le apparecchiature a RM in questione.
- Art. 6 Ai fini degli adempimenti in fase di esercizio il Legale Rappresentante dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D.A. Sanità n. 1042 del 6 giugno 2018.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web dell'Assessorato alla Salute.
19/03/2020

F.to

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Gabriella Dardanoni)

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa. Maria Letizia Di Liberti)