

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

AVVISO PUBBLICO

- 1) L'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Siracusa – Corso Gelone, 17 Siracusa
Web:www.asp.sr.it, U.O.C. Provveditorato, Contrada La Pizzuta area ex O.N.P. 96100 Siracusa Tel.
0931 484278-484238, Fax 0931 484855, e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it. – in esecuzione
del provvedimento n 93 del 27/01/2012, ha indetto gara con procedura aperta per l'affidamento
della fornitura di sistemi per videoendoscopia digestiva da assegnare ai PP.OO. di Avola-Noto,
Lentini e Siracusa.
- 2) Importo complessivo a base d'asta: Euro 280.000,00 IVA esclusa. CIG:39261823E1.
- 3) I documenti relativi alla presente Procedura Aperta (Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale)
sono disponibili sul sito di questa ASP.
- 4) L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art.82 del D. Lgs n.163/2006), secondo il criterio
della massima percentuale di ribasso offerta sull'importo a base d'asta.
- 5) Vincolo offerta per l'offerente: 180 gg. data celebrazione gara.
- 6) Modalità di finanziamento: Bilancio dell'ASP.
- 7) La presente Procedura Aperta verrà celebrata in seduta pubblica il giorno 12/04/2012 alle ore
11:00 presso i locali della U.O.C. Provveditorato ubicati a Siracusa Contrada La Pizzuta (area ex
ONP).
- 8) Responsabile del procedimento: il Dirigente Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni e
Servizi.

9) Responsabile della esecuzione del contratto: il Dirigente medico responsabile della U.O.S. interessata, o suo delegato.

10)Eventuali richieste di informazioni complementari al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale, semprechè pervenute in tempo utile, verranno esitate entro sei giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

11) La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 10:00 del giorno 12/04/2012.

11) Il presente avviso è stato trasmesso per via telematica il g. 10/02/2012.

all'Ufficio per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il Direttore Generale (Dott. Franco Maniscalco)



REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

Corso Gelone,17 – 96100 Siracusa
Codice Fiscale/Partita IVA 01661590891

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA DA ASSEGNARE AI PP.OO. DI AVOLA-NOTO, LENTINI E SIRACUSA.
CIG:39261823E1**

DISCIPLINARE DI GARA

La gara sarà celebrata in seduta pubblica presso l'U.O.C. Provveditorato dell'ASP DI SIRACUSA, Contrada La Pizzuta area ex O.N.P. 96100 Siracusa alle ore **11,00 del giorno 12/04/2012.**

Lotto unico: importo complessivo a base d'asta Euro 280.000,00 IVA esclusa.

ARTICOLO 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di n.3 sistemi di videoendoscopia digestiva da assegnare alle UU.OO.SS. di Gastroenterologia e Endoscopia digestiva presso i PP.OO. di Avola-Noto, di Lentini e di Siracusa.

Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare come soggetti singoli o raggruppati.

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i._

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I concorrenti dovranno dimostrare anche a mezzo di **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000** e s.m.i. il possesso dei requisiti di partecipazione seguenti:

1. requisiti soggettivi di idoneità morale e affidabilità generica (articolo 38 D.Lgs. 163/2006):

- ⇒ insussistenza delle cause di esclusione ex articolo 38 del codice dei contratti pubblici
- ⇒ assenza della causa di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di emersione del lavoro sommerso

2. requisiti soggettivi di idoneità professionale (articolo 39 D.Lgs. 163/2006):

- ⇒ iscrizione al **registro delle imprese per il settore di attività** inerente all'oggetto dell'appalto

3. requisiti oggettivi di capacità economica e finanziaria (articolo 41 D.Lgs. 163/2006):

- ⇒ **idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati,**
- ⇒ **fatturato globale** realizzato nell'ultimo triennio, risultante dagli ultimi 3 bilanci depositati all'Ufficio del Registro delle Imprese (**si intendono gli ultimi 3 esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando**);
- ⇒ **fatturato specifico** relativo ai servizi oggetto della gara, realizzato nell'ultimo triennio, risultante dagli ultimi 3 bilanci depositati all'Ufficio del Registro delle Imprese (**si intendono gli ultimi 3 esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando**). L'importo del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi, pena esclusione, non dovrà essere inferiore all'importo complessivo triennale presunto ed indicato in premessa, relativo alla fornitura oggetto della presente;

4. requisiti oggettivi di capacità tecnica e professionale (articolo 42 D.Lgs. 163/2006):

- ⇒ possesso di sistema di garanzia della qualità o di certificazione ISO 9001/2000;

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lvo 163/06 smi.

ARTICOLO 2 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà **PERVENIRE** alla Sede dell' A.S.P. di Siracusa – Ufficio Protocollo – Corso Gelone n° 17, 96100 Siracusa, **entro e non oltre un'ora prima quella fissata per la celebrazione della gara il giorno 12/04/2012** in plico chiuso, debitamente sigillato in modo non manomissibile e controfirmato sui lembi di chiusura, con su scritto il nome della ditta concorrente e la dicitura **“Procedura aperta per la fornitura di sistemi per videoendoscopia digestiva.”** La consegna del plico contenente l'offerta è ad esclusivo rischio del mittente. Detto plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o a mano, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda in Corso Gelone, 17 96100 Siracusa.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, suddivisa in

TRE DISTINTE BUSTE sigillate anch'esse in modo non manomissibile:

BUSTA N. 1

recante all'esterno, oltreché gli estremi del concorrente, la scritta:

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Procedura aperta per la fornitura di sistemi per videoendoscopia digestiva.

Tale busta deve contenere:

- 1) **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta sulla base dell' All. **“A”**;
- 2) **cauzione provvisoria** da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate ai sensi dell'art. 1 punti b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348, nonché mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere:

- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D. Lgs. 163/2006;
- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza possibilità di porre eccezioni.

Possono beneficiare della **riduzione del 50% della cauzione**, in applicazione dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 i concorrenti in possesso della certificazione di qualità rilasciata ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati del sistema di qualità aziendale, allegando la suddetta documentazione sulla qualità. In caso di R.T.I., la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

- 3) **Idonee referenze bancarie** (ossia dichiarazione, in originale, rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali, che ne attestino la capacità finanziaria ed economica). In caso di RT.I. le referenze dovranno essere presentate da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento.

- 4) Dichiarazione concernente il **fatturato globale** d'impresa e **l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara**, realizzati negli ultimi tre esercizi, risultante dagli ultimi 3 bilanci depositati all'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.

L'importo del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi, pena esclusione, non dovrà essere inferiore all'importo complessivo previsto ed indicato in premessa per la fornitura oggetto della presente;

- 5) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

- 6) Ricevuta del versamento a titolo di contributo a favore dell'**Autorità** per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Il pagamento può essere effettuato con una delle modalità stabilite dall'Autorità.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale dell'impresa partecipante ed il relativo C.I.G. a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del

versamento oppure fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

La mancata presentazione della/e ricevuta/e di versamento/i o della copia stampata dell'e mail di conferma in caso di versamento on line, è causa di esclusione dalla gara. In caso di associazioni temporanee di imprese e consorzi, l'attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dal consorzio.

8) Copia del Disciplinare e del Capitolato Speciale entrambi firmati per accettazione;

9) (eventuale) dichiarazione di avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lvo 163/06 smi;

BUSTA N. 2

recante all'esterno, oltreché gli estremi del concorrente, la scritta:

"OFFERTA TECNICA: "Procedura aperta per la fornitura di sistemi per videoendoscopia digestiva.

Tale busta deve contenere la sottoelencata documentazione e comunque ogni e qualsiasi documento dal quale risulti la conformità al capitolato speciale:

- descrizione, corredata di schede tecniche e/o depliant, dei prodotti offerti;
- questionario tecnico, mediante compilazione del modello "allegato 2" al Capitolato speciale;
- dichiarazione di conformità delle attrezzature offerte alle disposizioni di cui alla Direttiva 93/42 su "Dispositivi Medici" (marchio CE) ed alle attuali norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego del prodotto ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento al D.L.vo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al D.Lvo 46/97;
- dichiarazione di conformità delle attrezzature alle vigenti normative secondo quanto richiesto nel capitolato speciale.

BUSTA N.3

recante all'esterno, oltreché gli estremi del concorrente, la scritta

"OFFERTA ECONOMICA: "Procedura aperta per la fornitura di sistemi per videoendoscopia digestiva.

Tale busta deve contenere l'offerta economica, che deve:

1. Essere redatta in lingua italiana e riportare la ragione sociale, o comunque il nominativo della ditta offerente, la sede, il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A., il codice attività, il volume di affari;

2. Contenere la **indicazione della percentuale di ribasso** offerta sul prezzo a base d'asta.

3. Essere firmata dal Legale Rappresentante della ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare l'Impresa e datata. Il cognome ed il nome del firmatario dovranno essere riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. La firma, apposta per esteso, va autenticata ai sensi di Legge od in alternativa è necessario allegare **copia fotostatica**, anche non autenticata, di un valido **documento di identità** del sottoscrittore;

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, specificare le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA E FASI DELLA PROCEDURA DI GARA

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

I Fase: valutazione adempimenti formali

Nel giorno e all'ora stabilita l'Autorità che presiede la gara (Seggio di Gara) procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:

a) verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;

b) apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza di **tre** buste;

c) apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e verifica della presenza della documentazione richiesta dagli atti di gara;

Verranno escluse dalla gara quelle ditte che non avranno presentato completa o regolare documentazione.

Nel corso della seduta si procederà, altresì, al **sorteggio pubblico** per l'individuazione degli offerenti, in numero non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore, che dovranno, in conformità a quanto previsto dall'**art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006**, comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione. Al riguardo si precisa che, in alternativa, potrà essere assoggettato a verifica ex art. 48 cit. un numero di concorrenti superiore alla percentuale minima del 10% indicata da tale norma.

La richiesta della documentazione comprovante quanto sopra avverrà tramite nota trasmessa a mezzo fax. La stessa conterrà l'indicazione del giorno (decimo giorno successivo a quello della richiesta) e dell'ora precisa di scadenza con riguardo alla effettiva operatività (orario d'Ufficio) del Servizio Protocollo aziendale. Il concorrente sorteggiato (o comunque assoggettato a verifica), dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine perentorio di giorni 10 previsto dal cit. art. 48 e segnalato nella suddetta nota, pena l'esclusione (Cfr. al riguardo anche determinazione AVCP n°5 del 21/05/2009 "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 D.Lvo 163/06"). Pertanto le ditte concorrenti sono invitate, fin da ora, ad organizzarsi compiutamente al fine di onorare entro i perentori termini citati la procedura imposta dall'art. 48 del D.Lvo 163/06 s.m.i.

Qualora tali prove non siano fornite o non confermino quanto dichiarato nella documentazione di gara, il Seggio di gara procederà all'esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Il sorteggio (salva l'ipotesi in cui tutte le Ditte vengano assoggettate a verifica ex art. 48, comma 1) verrà effettuato attribuendo a ciascun plico un numero progressivo e procedendo all'estrazione dei numeri da parte di un legale rappresentante dei concorrenti, se presenti.

II Fase: Verifica della conformità tecnica al capitolato speciale - apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Il Seggio di gara procederà con l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche delle ditte che avranno presentato regolare documentazione amministrativa. Tali offerte tecniche verranno sottoposte all'esame dell'Esperto/i interessato/i al fine di riscontrare la conformità tra quanto offerto e quanto richiesto nel capitolato speciale.

III Fase: Aggiudicazione - apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Il Seggio di gara procederà con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte che avranno presentato offerta tecnica conforme al capitolato. Il Presidente darà lettura delle offerte stesse e procederà alla verifica di quelle anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 86 ss. D.Lvo 163/06 s.m.i. Al termine di tale verifica si procederà all'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata in favore della ditta che praticherà la maggiore percentuale di ribasso.

Si precisa che:

- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto **entro la scadenza** stabilita nel bando di gara o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;

- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara;

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto

- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua e conveniente;

- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o a data successiva per motivate ragioni;

- L'ASP si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere.

- l'ASP si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso si renda necessario;

- le spese contrattuali e quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico della ditta aggiudicataria;

- il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'arti. 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Per la stipula ed esecuzione del contratto l'Operatore Economico aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro il perentorio termine stabilito dall'Azienda, la seguente documentazione:

1. cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 113 e 75 del D.lgs. 163/2006;
2. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese, le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale di rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo. Tale mandato dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. La procura sarà conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il raggruppamento di imprese sarà regolato da quanto previsto dall'articolo citato e dalle altre norme vigenti in materia;
3. eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara che l'ASP riterrà di acquisire.

Ove nel termine fissato l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, questa Amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incameramento della parte residua di quest'ultimo.

L'amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

ARTICOLO 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni intorno alla presente procedura, i concorrenti potranno contattare l'U.O.C. Provveditorato ai seguenti numeri telefonici: 0931- 484278 - 724238.

Le ditte interessate possono stampare ed utilizzare per la presentazione delle offerte il presente disciplinare, il capitolato speciale e gli allegati allo stesso, disponibili sul sito Internet www.asp.sr.it.(alla voce bandi e gare).

L' Azienda si riserva in autotutela e con provvedimento motivato, ed ove ne ricorra la necessità, la riapertura dei termini di gara e la ripetizione delle operazioni di essa.

Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del bando, alla modifica, alla parziale rettifica, integrazione o chiarimenti degli atti di gara, con o senza riapertura dei termini, l'Amministrazione vi provvederà, in autotutela. La relativa comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifico avviso sul sito aziendale www.asp.sr.it. L'avvenuta pubblicazione di tale avviso, almeno gg.6 prima della scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista senza alcuna necessità di procedere alla riapertura dei termini di gara.

E' fatto espresso divieto di apportare modifiche ai documenti stampati per la partecipazione alla gara. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato dall' ASP.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2007, è individuato nella persona della d.ssa Gabriella Salibra tel 0931 484278.

I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, degli atti e dei pareri adottati a supporto delle determinazioni adottate dall'Amministrazione, a norma della legge n. 241/1990 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l'accesso agli atti valutati dall'Azienda per l'ammissione alla procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, per la valutazione dell'offerta e

l'attribuzione dei punteggi, fatta eccezione per gli eventuali pareri legali acquisiti dall'Amministrazione in ordine all'affidamento.

L'Amministrazione assicura la tutela della riservatezza dei dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti invitandoli, a propria discrezione ed alternativamente in fase di offerta o in occasione della richiesta di accesso agli atti da parte degli interessati, a motivatamente precisare quali documenti debbano intendersi coperti da segreto. Resta impregiudicata la facoltà del concorrente di richiedere l'accesso ai documenti dichiarati riservati per segreto tecnico o commerciale in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

L'accesso all'elenco dei candidati o degli offerenti è differito, rispettivamente, sino alla conclusione delle operazioni di selezione dei concorrenti ed al termine di presentazione delle offerte. L'accesso alle offerte di gara è differito sino all'approvazione dell'aggiudicazione.

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47; D.P.R. n. 445/2000**

Il sottoscritto _____

Nato a _____

codice fiscale _____

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della ditta/impresa: _____

partita I VA _____ codice fiscale _____

con sede in (indirizzo, comune, CAP, provincia, nazione)

recapito telefonico _____ recapito fax _____

presso cui verranno inviate le comunicazioni relative alla gara in oggetto, concorrente nella presente procedura come:

- concorrente singolo

- mandatario del costituito* costituendo raggruppamento con le imprese:

- mandante del costituito costituendo raggruppamento con le imprese:

*** in caso di raggruppamento costituito, il mandatario deve pure allegare copia dell'atto costitutivo**

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale, in caso di dichiarazione mendaci o uso di atti falsi, che:

1) che è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria cui si riferisce la fornitura oggetto della gara.

provincia di iscrizione: _____

forma giuridica società: _____

anno di iscrizione: _____

durata della società: _____

numero di iscrizione: _____

capitale sociale: _____

partita IVA _____

codice attività _____

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS e INAIL _____

volume d'affari _____

Soci rappresentanti legali, altri soggetti **con potere di rappresentanza** (procuratori, ecc.), direttori tecnici:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta

Se impresa straniera non avente sede legale in Italia, dichiarazione sotto giuramento attestante l'esercizio d'impresa nel paese in cui è stabilita;

- 2) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. a) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 3) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. b) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31.5.1965, n°575;
- 4) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. c) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale , quali i sottoelencati reati :
 - tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n°152;
 - delitti indicati nell'art. 7 della legge 31.5.1965, n°575;
 - delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n°309;
 - delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n°438;
 - delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e II del codice penale;
 - delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale;
 - delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale;
 - delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale;
 - delitti previsti dal titolo II, capo I del D.L.vo n°74 del 10.3.2000.
- 5) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. d) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr., non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19.3.1990, n°55;
- 6) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. e) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. f) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. ,non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- 8) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. g) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- 9) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. h) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 10) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. i) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- 11) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. l) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , presenta la certificazione di cui di cui all'art. 17 della L. n. 68/99 ;
OVVERO
11bis) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. l) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , non presentano la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/99, salvo il disposto di cui al comma 2
- 12) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. m) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8.6.2001, n°231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo all'art. 14 del D.l.vo n. 81 del 2008;

- 13) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett m-ter) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , non si trova in alcuna delle situazioni di cui al predetto comma 1 lett. m-ter);
- 14) che ai sensi dell'art. 38 comma1 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr non si trova, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente e che non si è accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara

OVVERO

- 14 bis) che ai sensi dell'art. 38 comma1 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano , rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente;

OVVERO

- 14 ter) che ai sensi dell'art. 38 comma2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano , rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

(La mancanza della dichiarazione o dei documenti allegati o la dichiarazione mendace comporta l'esclusione dalla procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del contratto, è causa di risoluzione del medesimo contratto).

- 15) che il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax cui inviare le comunicazioni (ai sensi dell'art. 79 - comma 5 - del D.P.R. 163/06 e s.m.i.) sono i seguenti:

domicilio eletto: _____

indirizzo di posta elettronica: _____

numero di fax: _____

- 16) che ha preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito sulla determinazione della propria offerta economica e di ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente remunerativi;
- 17) si impegna a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per quanto attiene problematiche produttive o distributive inerenti il contratto in corso;
- 18) rimane a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e degli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego;
- 19) la Ditta/Società ha:
- partita I.V.A. n° _____
- ragione sociale _____
- luogo _____
- sede legale _____
- codice di avviamento postale _____
- codice attività _____
- tipo Ditta/Società (singola-consorzio – raggruppamento temporaneo imprese)
- _____
- volume affari _____
- capitale sociale _____
- generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società partecipante
- _____
- numero di codice fiscale _____
- numeri di matricola delle posizioni aperte INPS ed INAIL _____

20) consente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti acquisiti dall'A.U.S.L. , nell'esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopraindicata;

21) accetta tutte le clausole contenute *nel capitolato di gara e relativo allegato* ed, in particolare, accetta che i pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura .

22) accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l'A.S.P., il Foro competente è esclusivamente quello di Siracusa.

23) osserva, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

24) ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

25) rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

26) si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti,

rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

27) dichiara l'inesistenza della causa di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di emersione del lavoro sommerso.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 25) e 26) costituirà risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 C.C.

Data _____

Il Dichiarante

(firma non autenticata e copia documento)

Il sottoscritto _____ si impegna ad accettare esplicitamente le clausole di cui ai superiori punti, relative a: **21)** pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento di regolari stesse; **22)** Foro competente, in caso di controversia fra la ditta offerente e l'A.S.P. è esclusivamente quello di Siracusa; **25)** rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale **26)** l'impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Il Dichiarante

(firma non autenticata e copia documento)

**ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI INDICATI
DALL'ART. 38 DEL D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006 DA COMPILARE
INDIVIDUALMENTE DA PARTE DI:**

titolare e direttori tecnici se impresa individuale;
soci e direttori tecnici se società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice;
amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici se altro tipo di società o consorzio o A.T.I. o
costituendo A.T.I.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente in Via _____,
_____ , in qualità di legale rappresentante /
titolare / socio / socio accomandatario / amministratore con poteri di rappresentanza / direttore tecnico
(cancellare le dizioni che non interessano) dell' impresa

DICHIARA

- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti **non** è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge n.1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n.575/1965;

(ovvero)

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti **non** sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto .

(ovvero)

- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, sono state emesse le seguenti sentenze e/o decreti di condanna, comprese le eventuali condanne per le quali si beneficia della non menzione nei certificati del casellario giudiziale (indicare il reato, la sanzione comminata e la data indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati sulla affidabilità morale e professionale):

lì,

FIRMA

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l'esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.

CAPITOLATO SPECIALE

<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO ELENCO DELLE APPARECCHIATURE E RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME.</p>

OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura ed installazione di sistemi per videoendoscopia da destinare

1) all'U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR1 Ospedale di Avola-
Noto composto da:

- _ N. 1 VIDEO PROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE
- _ N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO
- _ N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO
- _ N. 2 VIDEOCOLONSCOPI
- _ N. 1 MONITOR COLORE MINIMO 19", CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE
- _ CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI TRASFORMATORE
- _ N. 1 VIDEOREGISTRATORE DVD , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE
- _ N. 1 RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLORI , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE

2) all'U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR2 Ospedale di Lentini
composto da:

- _ N. 1 VIDEO PROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE
- _ N. 1 MONITOR COLORE MINIMO 19", CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE
- _ N.1 VIDEOGASTROSCOPIO
- _ N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO
- _ N. 2 VIDEOCOLONSCOPI
- _ CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI TRASFORMATORE e di supporto tastiera scorrevole
- _ N. 1 VIDEOREGISTRATORE DVD , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE
- _ N. 1 RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLORI , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE

3) all'U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR1 Ospedale Umberto I
per il programma di screening oncologico "COLON RETTO" composto da:

- _ N. 1 VIDEOPROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE
- _ N. 2 VIDEOCOLONSCOPI
- _ N. 1 MONITOR COLORE MINIMO 19", CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE
- _ CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI TRASFORMATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE E SPECIFICHE DI FORNITURA

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Le caratteristiche tecniche di massima delle apparecchiature costituenti in sistema da fornire, sono riportate nel successivo paragrafo.

Ciascun Offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, solo nella misura in cui la caratteristica proposta sia pari o superiore a quella riportata nelle citate appendice.

SPECIFICHE GENERALI (OVE APPLICABILI)

Le specifiche generali sono le seguenti:

- completezza: le attrezzature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità di utilizzo e di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, non a scapito, si intende, delle prestazioni e della disponibilità di funzioni avanzate; infine intesa ancora in termini di congruità degli ingombri e dei pesi;
- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente, anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve essere garantito scevro da errori che compromettano l'analisi ed il corretto riconoscimento degli eventi;
- insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi, ed in particolare le parti a microprocessore, non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti o black out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione); con particolare riferimento ai disturbi eventualmente derivanti dall'uso contemporaneo di altre attrezzature.

CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI DI MASSIMA RICHIESTE

Le apparecchiature da fornire devono essere nuove, non ricondizionate, di ultima generazione.

Il sistema di videoendoscopia da acquistare, deve essere composto dai seguenti dispositivi, aventi le caratteristiche tecniche e funzionali minime a fianco di ciascuno indicate:

1. VIDEOPROCESSORE

_ Deve essere di ultima generazione ad alta definizione HD, e compatibile con strumenti endoscopici sia di tipo standard che tecnologicamente avanzati e ad alta definizione.

_ uscite video analogiche digitali;

_ possibilità di miglioramento della visione endoscopica attraverso la regolazione dei vari parametri (colore, luminosità, dimensioni, contrasto, etc..) per ottenere più elevati livelli di definizione dei dettagli di parete: vascolarizzazione, profilo e microarchitettura della mucosa;

_ possibilità di utilizzo di apposite colorazioni virtuali

_ controllo remoto delle regolazioni e delle registrazioni direttamente dall'impugnatura delle sonde endoscopiche collegate;

_ possibilità trasferimento di immagini di esami endoscopici su supporti esterni tipo USB;

Deve essere completo di tastiera multifunzione alfanumerica dedicata, cavi di collegamento, libretto istruzioni in italiano e quant'altro fosse necessario per un completo e corretto funzionamento del sistema.

2. FONTE DI LUCE

Deve essere in grado di fornire adeguati parametri di illuminazione per l'osservazione endoscopica e può essere integrata nel processore o fornita separatamente.

La fonte deve avere la lampada principale allo xenon da 300 watt e la lampada di emergenza che entra automaticamente in funzione in caso di mancato funzionamento della lampada principale;

Sistema automatico per il controllo della luminosità. Pompa aria incorporata con regolazione. Sistema automatico per il controllo della luminosità. Possibilità di trans illuminazione.

Deve essere completa di bottiglietta lavaggio lente, cavi di collegamento, libretto istruzioni in italiano e quant'altro fosse necessario per un completo e corretto funzionamento del

sistema.

3. VIDEOGASTROSCOPIO STANDARD

Deve essere completamente immergibile in soluzioni disinfettanti/sterilizzanti;

- _ Visione diretta (0°)
- _ Angolo di visione non inferiore 120°
- _ Flessione terminale in alto ed in basso 210°/90° circa
- _ Flessione terminale a destra/sinistra 95°/105° circa
- _ Diametro esterno della sonda inferiore a 11 mm
- _ Diametro del canale operativo compreso tra 2,7-2,9 mm
- _ Profondità di campo 4-100 mm circa
- _ Lunghezza operativa di circa 1020-1050

Possibilità di utilizzo di apposite colorazioni virtuali

Deve essere completo di valvole aspirazione e insufflazione, tappi per canale operativo compreso quelli di riserva e raccordi, e quant'altro utile e necessario per un corretto e completo funzionamento.

Nella valigia devono essere presenti almeno n. 3 pinze biottiche pluriuso autoclavabili di dimensioni compatibili con il canale operativo.

4. VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO

Deve essere completamente immergibile in soluzioni disinfettanti/sterilizzanti;

- _ Visione diretta (0°)
- _ Angolo di visione non inferiore 120°
- _ Flessione terminale in alto ed in basso 210°/90° circa
- _ Flessione terminale a destra/sinistra 95°/105° circa
- _ Diametro esterno della sonda massimo 13 mm
- _ Diametro dei canali operativi non inferiore a 3,5 mm;
- _ Profondità di campo 4-100 mm circa
- _ Lunghezza operativa di circa 1020-1050

Deve essere completo di valvole aspirazione e insufflazione, tappi per canale operativo compreso quelli di riserva e raccordi, e quant'altro utile e necessario per un corretto e completo funzionamento.

Nella valigia devono essere presenti almeno n. 3 pinze biottiche pluriuso autoclavabili di dimensioni compatibili con il canale operativo.

5. VIDEOCOLONSCOPIO

_ Deve essere completamente immergibile in soluzioni disinfettanti/sterilizzanti

- _ Visione diretta (0°)
- _ Angolo di visione almeno 140°;
- _ Flessione terminale in alto ed in basso 170°/190° circa
- _ Flessione terminale a destra/sinistra 150°/170° circa
- _ Diametro tubo inserzione non superiore a 13,2 mm;
- _ Diametro canale operativo non inferiore a 3,7 mm
- _ Profondità di campo 4-100 mm circa
- _ Lunghezza operativa circa 1350 mm o superiore

Possibilità di utilizzo di apposite colorazioni virtuali.

Deve essere completo di valvole aspirazione e insufflazione, tappi per canale operativo compreso quelli di riserva e raccordi, e di quant'altro utile e necessario per un corretto e completo funzionamento.

Nella valigia devono essere presenti almeno n. 3 pinze biottiche pluriuso autoclavabili di dimensioni compatibili con il canale operativo.

6. MONITOR COLORE A USO MEDICALE LCD

Deve essere ad alta risoluzione da almeno 19" LCD ad alta definizione;

Caratteristiche preferenziali

- Dimensioni Monitor: indicare le dimensioni del monitor in pollici e specificare il formato.
- Risoluzione: maggiore o uguale a 1280 x 1024 pixel

Formati del segnale d'ingresso:

- analogici
- digitali
- alta definizione

7. CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA:

Deve essere dotato di:

- _ Sistema di alimentazione con trasformatore di isolamento
- _ portamonitor mobile ed orientabile
- _ compartimenti per accessori
- _ cassetto scorrevole per la tastiera
- _ un sufficiente numero di ripiani regolabili
- _ anelli protettivi anticolpi
- _ asta portaendoscopi

Deve essere trasportabile su ruote piroettanti provviste di freno (almeno su due di esse).

8. VIDEOREGISTRATORE DVD A USO MEDICALE

Sistema di registrazione e archiviazione su DVD di immagini e video

9. RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLORI

Stampante video a colori medicale formato A6 compatibile con il sistema

Il sistema deve essere fornito completo di tutti gli indispensabili accessori d'uso, da specificare nell'offerta.

Tutti i dispositivi costituenti il sistema offerto ad alimentazione elettrica di rete, dovranno essere forniti di cordoni di alimentazione con spine compatibili con le prese dei locali ospitanti.

L'alimentazione deve essere a 220 V 50/60 Hz.

Tutti i dispositivi costituenti il sistema offerto devono essere conformi:

- _ alle norme generali per la sicurezza elettrica italiane ed internazionali, con particolare riferimento alle norme IEC 601-1, CEI 62-5 e particolari, ed a quante altre disciplinano lo specifico settore;
- _ con riferimento alla normativa 93/42/CEE, recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, e provvista del marchio CE, e dovrà possedere le dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti rilasciati dall'Azienda Produttrice.

1. ADDESTRAMENTO ALL'USO E MANUTENZIONE:

Il fornitore dovrà garantire l'istruzione del personale utilizzatore, sia clinico che infermieristico che tecnico, al fine di garantire la migliore gestione dell'apparecchiatura, mediante un adeguato piano di formazione che dovrà essere dettagliato in offerta. Il piano dovrà indicare le varie fasi ed i tempi in cui questo verrà sviluppato. L'avvenuto addestramento sarà attestato da verbale predisposto dal fornitore e sottoscritto dai partecipanti. La consegna di tali documenti è vincolante per l'esito positivo del collaudo tecnico amministrativo che sarà effettuato a cura dell'Ente e alla presenza del Servizio di Ingegneria Clinica.

2. DOCUMENTAZIONE

Le apparecchiature fornite dovranno essere complete di certificazioni, dei manuali d'uso redatti in lingua italiana in duplice copia (una cartacea ed una su supporto informatico) e dei manuali di service (in lingua italiana o inglese). Tale documentazione, la cui consegna è vincolante per l'esito positivo del Collaudo Tecnico Amministrativo che sarà effettuato a cura dell'ente stesso , dovrà essere fornita al Servizio di Ingegneria clinica. La mancata fornitura del materiale specificato costituirà motivo di risoluzione del contratto di fornitura. La Ditta dovrà dichiarare di poter garantire la fornitura di ricambi e disposables per un periodo di almeno 10 anni dal collaudo. Dovrà inoltre corredare l'offerta con l'elenco delle più recenti installazioni di analoghe apparecchiature e indicare se necessarie eventuali predisposizioni agli impianti per l'utilizzo delle apparecchiature.

3. RELAZIONE TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA

L'offerta tecnica dovrà contenere una relazione tecnica dettagliata in cui venga descritta la corrispondenza ai requisiti minimi richiesti e vengano evidenziati eventuali aspetti migliorativi. Dovrà , inoltre, contenere una relazione esaustiva della funzionalità dei sistemi proposti. La completezza di tale relazione tecnica, che comunque dovrà essere contenuta in un massimo di 30 fogli formato A4, sarà oggetto di valutazione. **Sarà onere della Ditta concorrente compilare l'allegato questionario tecnico.** La mancata produzione di entrambi i documenti costituirà motivo di esclusione. La presentazione di materiale informativo (es. brochure) non potrà essere sostitutiva di tali documenti.

L'offerta economica dovrà essere dettagliata, con l'indicazione dei costi dei singoli componenti. I prezzi dovranno essere riportati sia in cifre che in lettere; laddove si riscontrasse una discordanza tra le due voci sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'Ente.

4. GARANZIA

Per il sistema nel suo complesso è richiesto un periodo di garanzia non inferiore a 24 mesi e riferita a tutti i malfunzionamenti che non sono manifestatamente causati da dolo, uso improprio o altre cause di forza maggiore. Le parti risultanti difettose dovranno essere tempestivamente sostituite senza alcun onere per l'Ente. Le visite di manutenzione periodica secondo quanto dichiarato dalla ditta offerente e/o specificato nei manuali di uso e/o service dell'apparecchiatura offerta, sono da ritenersi incluse in garanzia, è richiesta, inoltre una descrizione del piano di manutenzioni preventive previste in periodo di garanzia con il dettaglio delle check list da eseguire. Si richiede inoltre di disporre di apparecchiature sostitutive a titolo gratuito laddove la detezione e successiva risoluzione del guasto superino 3 gg. Lavorativi. Sono da ritenersi inclusi nel periodo di garanzia tutti gli aggiornamenti hardware e software rilasciati da casa madre.

Si richiede dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le condizioni di garanzia e la compilazione per ciascuna apparecchiatura facente parte del sistema del questionario di assistenza tecnica (all. 4) .

QUESTIONARIO TECNICO	
VIDEOPROCESSORE E FONTE LUMINOSA	
MODELLO	
PRODUTTORE	
DESTINAZIONE D'USO	
DIRETTIVE E NORME APPLICABILI	
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO	
Controllo luminosità (specificare automatico/manuale/livelli)	
Correzione cromatica (colori/livelli)	
Bilanciamento bianco (AUTOMATICO/MANUALE)	
regolazione esposizione – otturatore	
sistema di riconoscimento endoscopio	
zoom (x) (ottico/elettronico)	
formato del segnale (numero effettive linee di scansione)	
Tipologia di scansione (interlacciata/progressiva)	
Potenza (W) e tipologia lampada Principale	
Potenza (W) e tipologia lampada ausiliaria	
Durata media lampada (h)	
Temperatura di colore (K)	
indicatore contaore lampada	
uscite video analogiche (n°, tipo, formato SD/HD)	
uscite video digitali (n°, tipo, formato SD/HD)	
altre uscite (n°, tipologie dispositivi collegabili)	
possibilità di memorizzazione (immagini/video/pazienti)	
capacità di storage	
supporti di archiviazione (indicare quali)	
modalità di osservazione endoscopica (n°, nome e funzione)	
GASTROSCOPIO STANDARD	
MODELLO	
PRODUTTORE	
DESTINAZIONE D'USO	
DIRETTIVE E NORME APPLICABILI	
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO	
lunghezza operativa utile (mm)	
lunghezza complessiva (mm)	
flessione distale alto/basso (°)	
flessione distale destra/sinistra (°)	
diametro tubo di inserzione (mm)	
diametro parte distale (mm)	
canali presenti e loro funzioni	
ampiezza campo visione (°)	
dimensioni chip CCD e n° pixel	
campo a fuoco (mm-mm)	
pulsanti e funzioni richiamabili direttamente	
zoom ottico	

GASTROSCOPIO OPERATIVO	
MODELLO	
PRODUTTORE	
DESTINAZIONE D'USO	
DIRETTIVE E NORME APPLICABILI	
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO	
lunghezza operativa utile (mm)	
lunghezza complessiva (mm)	
flessione distale alto/basso (°)	
flessione distale destra/sinistra (°)	
diametro tub di inserzione (mm)	
diametro parte distale (mm)	
diametro canale operativo (mm)	
canali presenti e loro funzioni	
ampiezza campo visione (°)	
dimensioni chip CCD e n° pixel	
campo a fuoco (mm-mm)	
pulsanti e funzioni richiamabili direttamente	
zoom ottico	
COLONSCOPIO	
MODELLO	
PRODUTTORE	
DESTINAZIONE D'USO	
DIRETTIVE E NORME APPLICABILI	
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO	
lunghezza operativa utile (mm)	
lunghezza complessiva (mm)	
flessione distale alto/basso (°)	
flessione distale destra/sinistra (°)	
diametro tub di inserzione (mm)	
diametro parte distale (mm)	
diametro canale operativo (mm)	
canali presenti e loro funzioni	
ampiezza campo visione (°)	
dimensioni chip CCD e n° pixel	
campo a fuoco (mm-mm)	
pulsanti e funzioni richiamabili direttamente	
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	
MODELLO	
PRODUTTORE	
DESTINAZIONE D'USO	
DIRETTIVE E NORME APPLICABILI	
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO	
diagonale visibile (pollici)	
luminosità (cd/m2)	

angolo visivo verticale/orizzontale (°)	
rapporto di contrasto	
ingressi video (n°e tipo)	
dot pich (mm)	
uscite video (n°e tipo)	
CARRELLO DEDICATO PER ENDOSCOPIA	
MODELLO	
PRODUTTORE	
DESTINAZIONE D'USO	
DIRETTIVE E NORME APPLICABILI	
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO	
Numero di ripiani	
cassetti (no-si - numero)	
Potenza trasformatore di isolamento (VA)	
numero di prese trasformatore	
protezione prese (se si , tipologia)	
ruote antistatiche (SE SI SPECIFICARE Q.Tà)	
ruote con freno (SE SI SPECIFICARE Q.Tà)	
VIDEOREGISTRATORE DVD A USO MEDICALE	
MODELLO	
PRODUTTORE	
DESTINAZIONE D'USO	
DIRETTIVE E NORME APPLICABILI	
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO	
Tempo di registrazione massimo su un singolo disco	
Velocità di registrazione	
Formato di registrazione	
Supporto di registrazione	
Ingressi	
Uscite	
RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOIMMAGINI	
MODELLO	
PRODUTTORE	
DESTINAZIONE D'USO	
DIRETTIVE E NORME APPLICABILI	
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO	
Tipologia di connessione	
tecnologia di stampa utilizzata	
formato carta	
velocità di stampa	
risoluzione (dpi)	

Accessori forniti di serie a corredo di ciascun dispositivo proposto. Indicare dettagliatamente.	
assistenza tecnica	
sede della assistenza tecnica più vicina [specificare]	
ore lavorative necessarie per intervenire dalla chiamata [n° ore]	
visite preventive annue richieste dal produttore [n°]	
componenti da sostituire periodicamente previsti dal produttore [specificare con codici e periodicità e costi]	
periodicità manutenzione preventiva	
check list manutenzione preventiva prevista dal costruttore allegare	
ore lavorative necessarie per una visita di manutenzione media [n° ore]	
reperibilità parti di ricambio dalla installazione (non meno 10 anni) [anni]	
reperibilità accessori compresi dalla installazione [anni]	
sede del magazzino parti ricambio [specificare]	
possibilità corsi di formazione gratuita operatori [specificare]	
possibilità corsi di formazione gratuita tecnici del Servizio di Ingegneria clinica [specificare]	
durata formazione operatori [n° ore]	
durata formazione tecnici del Servizio di Ingegneria clinica [n° ore]	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferimento alla procedura di gara segnalata con nota del 14/02/2012, prot. 1932, a cura dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in merito:

*“Fornitura di Sistemi per Video Endoscopia Digestiva per:
il P.O. di Lentini; P.O. di Siracusa; P.O. di Avola-Noto”.*

* * *

INTRODUZIONE

L'art. 3 della L. 123/2007, così come riaffermato nell'art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività/prestazioni.

Tale disposizione viene ora integrata con l'obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i datori di lavoro.

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori, presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa aggiudicataria e l'Azienda Ospedaliera.

Per ciascuna delle sedi interessate verranno individuate misure eventuali aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza, le quali verranno indicate in un ulteriore documento, così detto D.U.V.R.I. dinamico, al quale verrà data attuazione congiuntamente con il D.U.V.R.I. statico, e che verrà a questo ultimo allegato.

Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza inerenti ad apparecchiature e/o attrezzature.

SCHEMA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO	
Impresa aggiudicataria/prestatore d'opera (ragione sociale)	
Sede legale	
Titolare della ditta	
Rif. Contratto d'appalto	
Durata del contratto	
Responsabile dell'esecuzione del contratto (preposto alla sorveglianza)	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Attività oggetto dell'appalto	
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	
Personale genericamente presente nei luoghi di azione	

Modulo 1 allegato D.U.V.R.I. *“Fornitura di Sistemi per Video Endoscopia Digestiva per: il P.O. di Lentini; P.O. di Siracusa; P.O. di Avola-Noto”. Rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato a operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, ex art. 7 DLgs.626/94”.*

Forniture dei seguenti servizi:

**1. All'U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR1
Ospedale di Avola-Noto composto da:**

- N. 1 VIDEO PROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE;*
- N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO;*
- N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO;*
- N. 2 VIDEOCOLONSCOPI;*
- N.1 MONITOR COLORE MINIMO 19", CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE CON
CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI TRASFORMATORE;*
- N. 1 VIDEOREGISTRATORE DVD , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE;*
- N. 1 RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLORI, CON GRADO DI
PROTEZIONE MEDICALE.*

**2. All'U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR2
Ospedale di Lentini composto da:**

- N. 1 VIDEO PROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE;*
- N. 1 MONITOR COLORE MINIMO 19", CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE;*
- N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO;*
- N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO;*
- N. 2 VIDEOCOLONSCOPI CON CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA
COMPLETO DI TRASFORMATORE E DI SUPPORTO TASTIERA SCORREVOLE;*
- N. 1 VIDEOREGISTRATORE DVD , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE;*
- N. 1 RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLORI, CON GRADO DI
PROTEZIONE MEDICALE*

**3. All'U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR1
Ospedale Umberto I per il programma di screening oncologico "COLON RETTO"
composto da:**

- N. 1 VIDEOPROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE;*
- N. 2 VIDEOCOLONSCOPI;*
- N. 1 MONITOR COLORE MINIMO 19", CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE CON
CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI TRASFORMATORE.*

Si comunica quanto segue ai fini di orientare la proposta di offerta dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Tali informazioni saranno dettagliate e coordinate, elaborando **unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze**, dopo l'aggiudicazione della gara di appalto ai fini della sottoscrizione del contratto.

La valutazione dei rischi è stata effettuata nel 2011 ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e.s.m.i. il D.V.R. dell'A.S.P., che è consultabile presso il S.P.P. Aziendale in modello informatico, e presso le Direzioni

Sanitarie dei PP.OO. dell’A.S.P di Siracusa, e dove sono a disposizione gli aggiornamenti, le analisi, gli studi specifici riguardanti l’attività Aziendale.

Qui riportiamo le CONDIZIONI di base da rispettare per ogni fornitura e/o intervento qualora lo stesso venga effettuato in un’area ospedaliera in regime di piena attività sanitaria, e L’INDIVIDUAZIONE dei potenziali rischi tipici ospedalieri che possono coinvolgere anche le attività in appalto, al fine di valutazione congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari.

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO	
Accesso alle aree ospedaliere	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio ospedaliero viene svolto negli edifici posti all’interno di aree recintate . • Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro deve avvenire nelle aree interne dei corpi di monoblocco ove è ubicata la farmacia, dedicati al ricevimento delle merci. • Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, pertanto è a carico della ditta l’utilizzo di apparecchi di sollevamento riduttivi della movimentazione manuale.
Attività svolte nei locali ospedalieri	⇒ Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di assistenza diretta all’utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto.
Comunicazioni di accesso e controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate con il personale preposto al controllo dell’appalto e della Farmacia, anche al fine di tutela dei rischi specifici sotto elencati. • Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposte bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto. • È prevista la presenza di personale dell’Azienda Ospedaliera per controllo e super visione della consegna. ⇒ Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.
Servizi igienici	<ul style="list-style-type: none"> • I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi dell’ospedale, accessibili al pubblico.
Pronto Soccorso	<ul style="list-style-type: none"> • Per infortuni rivolgersi ai P.S. dei PP.OO.
Allarme Incendio Evacuazione	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di allarme da dispositivo acustico- visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. • Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie di emergenza ove esistenti, esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare. • Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e

	<p>materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.</p>
Apparecchi telefonici utilizzabili	<p>⇒ Nelle UU.OO. è disponibile un telefono sia per le emergenze che per le comunicazioni aziendali.</p> <p>⇒ Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, solo per motivi strettamente di servizio.</p>
Depositi	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli involucri, casse, roller e pallet, una volta scaricati devono essere tempestivamente allontanati a cura e spese della ditta installatrice. • Non sono permessi stoccaggi presso l'Azienda ne di prodotti ne di attrezzature.
Rifiuti	<p>⇒ Non si possono abbandonare i rifiuti nell'area ospedaliera e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio dell'Azienda.</p> <p>⇒ I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dell'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati a cura e spese della stessa ditta immediatamente</p>
Viabilità e sosta	<p>⇒ I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi.</p> <p>⇒ Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e che, vengano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci.</p> <p>2) Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale.</p>
Ambienti confinati	<ul style="list-style-type: none"> • Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. • L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro con rigide condizioni di sicurezza che deve essere rilasciato dall'ufficio tecnico del P.O.

Il Responsabile del Servizio

Fulvio Gardino