

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Servizio 1

“Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Autorizzazione all'uso di n. 1 impianto di Risonanza Magnetica ad uso diagnostico Ditta ESAOTE Biomedica – modello S-SCAN eXP da 0,24 T presso il “C.I.T.C. s.r.l.” Centro Ibleo Tomografia Computerizzata, sito in Viale delle Americhe n° 163 - Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal Decreto Legislativo n. 229/99;
- Visto** il D.M. Sanità 08.08. 1994, n. 542 con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale;
- Visto** il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Visto** il D.A. Sanità del 13.04.1999 n. 28668 di approvazione delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione ed uso di apparecchiature a RM;
- Vista** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
- Visto** il D.A. 17 giugno 2002 n. 890 che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002 e, in particolare, l'articolo 4;
- Vista** la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- Visto** il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali”;
- Visto** il D.M. Salute 10 agosto 2018 di determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a RM;
- Visto** il D.D.G. 176 del 13.02.2019 con il quale si autorizza il legale rappresentante del “C.I.T.C. s.r.l.” - Centro Ibleo di Tomografia Computerizzata di Ragusa alla sostituzione dell'apparecchiatura a RMN marca G.E. da 0,2 T con l'apparecchiatura a RM di tipo A da 0,24 T, marca Esaote Biomedica, modello S-SCAN, presso il C.I.T.C. srl - Centro Ibleo di Tomografia Computerizzata sito in Viale delle Americhe n° 163 Ragusa;
- Vista** la nota del 2.10.2019, acquisita al protocollo con il numero di Prot. 68676 del 7.10.2019, con la quale il rappresentante legale del Centro Ibleo Tomografia Computerizzata di Ragusa ha comunicato l'avvenuta installazione dell'apparecchiature a RM della Ditta ESAOTE Biomedica – modello S-SCAN eXP da 0,24 T;

- Vista** la nota prot. 74892 del 19.11.2019 con la quale questo Dipartimento ha richiesto un sopralluogo all'ASP di Ragusa al fine di verificare la conformità delle predette apparecchiature alla normativa vigente in materia;
- Vista** la nota prot. 469/Dip.Prev. del 17.12.2019 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Ragusa ha trasmesso l'esito del sopralluogo effettuato presso il C.I.T.C. srl - Centro Ibleo di Tomografia Computerizzata sito in Viale delle Americhe n° 163 Ragusa dichiarando la conformità degli impianti a RM installati alla normativa vigente;
- Ritenuto** di dover adottare, ai sensi dell'art. 3 del D.A. sanità 28668 del 13.04.1999, il provvedimento con il quale si autorizza il Legale Rappresentante del "C.I.T.C. srl" - Centro Ibleo di Tomografia Computerizzata all'uso dell'apparecchiatura a RM di tipo A da 0,24 T, marca Esaote Biomedica, modello S-SCAN autorizzata all'installazione presso il C.I.T.C. srl - Centro Ibleo di Tomografia Computerizzata, Viale delle Americhe n° 163 Ragusa;

DECRETA

- Art. 1 Per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti del dispositivo, ai sensi dell'art. 3 del D.A. Sanità n. 28668 del 13.04.1999, si autorizza il Legale Rappresentante del "C.I.T.C. srl" - Centro Ibleo di Tomografia Computerizzata, sito in Viale delle Americhe n° 163 Ragusa, all'uso dell'apparecchiatura a RM di tipo A da 0,24 T, marca Esaote Biomedica, modello S-SCAN.
- Art. 2 Responsabile della gestione medica è il dott. Francesco Magnani.
- Art. 3 Esperto responsabile della sicurezza fisica è l'Ing. Pietro Guarino.
- Art. 4 È fatto obbligo al Legale Rappresentante del "C.I.T.C. srl" - Centro Ibleo di Tomografia Computerizzata di Ragusa di munirsi delle necessarie autorizzazioni, pareri o nulla osta occorrenti per la specifica attività, il cui rilascio compete ad altre pubbliche amministrazioni e di rispettare quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.
- Art. 5 È fatto obbligo al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di appartenenza di effettuare la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di sicurezza, nonché acquisire le certificazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione da parte del Presidio ove sono installate le apparecchiature a RM in questione.
- Art. 6 Ai fini degli adempimenti in fase di esercizio il Legale Rappresentante dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D.A. Sanità n. 1042 del 6 giugno 2018.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web dell'Assessorato alla Salute.
07/01/2020

F.to

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Gabriella Dardanoni)

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa. Maria Letizia Di Liberti)