

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
IL DIRIGENTE AREA INTERDIPARTIMENTALE 5
"ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE"
IL DIRIGENTE GENERALE

Autorizzazione all'uso ed all'esercizio di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania.

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L. n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto** il D.M. Sanità 29 novembre 1985;
- Visto** il D.M. Sanità 02 agosto 1991;
- Visto** il D.M. Sanità 03 agosto 1993;
- Visto** il D.M. Sanità 08 agosto 1994, n. 542;
- Visto** il D.M. Sanità 31 luglio 1997;
- Visto** il D.A. Sanità n. 28668 del 13 aprile 1999;
- Visto** il D.A. Sanità n. 890 del 17 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato ed integrato con il D. Lgs. 03 agosto 2009, n. 106;
- Vista** il D.D. n. 02120/12 del 15 ottobre 2012 con il quale il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico -Vittorio Emanuele" sita in Catania, Via S. Sofia n. 78, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 5 del D.M. Sanità 08 agosto 1994, n. 542 e dell'art. 3 del D.A. n. 28668 del 13 aprile 1999, all'istallazione di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico, da allocare presso il plesso sede dell'U.O.C. di Radiodiagnostica e Radioterapia;
- Vista** la nota Prot./Area Int. 5/n. 50771 del 14 giugno 2013 con il quale il Dipartimento ASOE invita gli uffici dell'ASP di Catania a volere effettuare apposito sopralluogo ispettivo presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" sita in Catania, Via S. Sofia n. 78 " al fine di verificare l'avvenuta installazione di una apparecchiatura a RMN del Gruppo A per uso diagnostico con intensità statica di campo magnetico di 1,5 tesla della Ditta PHILIPS S.p.A. – Modello ACHIEVA 1,5 T;
- Vista** la nota prot. n. 55634/Dp del 15 maggio 2014 con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Catania trasmette il rapporto di verifica dei sopralluoghi effettuati dall'U.O. di Radioprotezione presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" sita in Catania, Via S. Sofia n. 78 dal quale si evince che dopo l'avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite in occasione del primo sopralluogo espletato in data 11 luglio 2013, in occasione del successivo accesso del 08 maggio 2014, è stata accertata la regolare installazione di una apparecchiatura a RMN del Gruppo A per uso diagnostico con intensità statica di campo magnetico di 1,5 tesla della Ditta PHILIPS S.p.A. – Modello ACHIEVA 1,5 T presso l'U.O.C. di Diagnostica e Radioterapia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico -Vittorio Emanuele" sita in Catania,

Via S. Sofia n. 78, nonché l'accertamento delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la conformità della documentazione di nomina e di accettazione dell'incarico riferite al Dott. Carmelo Privitera quale Responsabile della sicurezza medica dell'impianto e del Dott. Vincenzo Salamone quale Esperto Responsabile della Sicurezza Fisica dell'impianto;

Ritenuto di dovere emanare il provvedimento di autorizzazione all'uso ed all'esercizio di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A da allocare presso il plesso sede dell'U.O.C. di Radiodiagnostica e Radioterapia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" sita in Catania, Via S. Sofia n. 78;

DECRETA

- Art. 1** Per i motivi in fatto e in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti del dispositivo, il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico -Vittorio Emanuele" sita in Catania, Via S. Sofia n. 78, è autorizzato ai sensi dell'art. 5 del D.M. Sanità 08 agosto 1994, n. 542 e dell'art. 3 del D.A. n. 28668 del 13 aprile 1999, all'uso ed all'esercizio di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico con intensità statica di campo magnetico di 1,5 tesla della Ditta PHILIPS S.p.A. – Modello ACHIEVA 1,5 T, allocata presso il plesso sede dell'U.O.C. di Radiodiagnostica e Radioterapia.
- Art. 2** L'incarico di Responsabile della sicurezza medica dell'impianto RMN è affidato al Dott. Carmelo Privitera nato a Catania il 13 agosto 1953.
- Art. 3** L'incarico di Esperto Responsabile della sicurezza fisica dell'impianto RMN è affidato al Dott. Vincenzo Salamone, nato a Palermo il 05 luglio 1966.
- Art. 4** E' fatto obbligo al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico-Vittorio Emanuele" di provvedere all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri o nulla osta occorrenti per la specifica attività, la cui competenza al rilascio è a carico di altre Pubbliche Amministrazioni.
- Art. 5** L'ASP di Catania territorialmente competente, è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui alla presente autorizzazione.
- Art. 6** Ogni eventuale variazione degli elementi costituenti la presente autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata.
- Art. 7** Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito Web dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Palermo 19 GIU 2014

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Artale Castrenze)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Ignazio Tozzo)