D.D. n. QU 74/2014

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO IL DIRIGENTE AREA INTERDIPARTIMENTALE 5 "ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE"

Autorizzazione all'uso ed all'esercizio di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare presso il presidio ospedaliero "San Giovanni Di Dio" di Agrigento.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L. n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale:

Visto il D.M. Sanità 29 novembre 1985;

Visto il D.M. Sanità 02 agosto 1991;

Visto il D.M. Sanità 03 agosto 1993;

Visto il D.M. Sanità 08 agosto 1994, n. 542;

Visto il D.M. Sanità 31 luglio 1997;

Visto il D.A. Sanità n. 28668 del 13 aprile 1999;

Visto il D.A. Sanità n. 890 del 17 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 aggiornato ed integrato con il D. Lgs. 03 agosto 2009, n. 106;

Visto D.D. n. 01848 del 18 settembre 2012 con il quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 5 del D.M. Sanità 08 agosto 1994, n. 542 e dell'art. 3 del D.A. n. 28668 del 13 aprile 1999, all'istallazione di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico con campo statico di induzione magnetica inferiore a 2 Tesla da allocare presso l'U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni Di Dio", sito in Agrigento;

Vista la nota prot. n. 27689 del 09 aprile 2014, assunta agli atti del Dipartimento ASOE dell'Assessorato Regionale della Salute al n. prot. 32560 del 16 aprile 2014, con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento comunica, ai sensi dell'art. 3 del D.A. n. 28668 del 13 aprile 1999 e dell'art. 5 del D.M. Sanità dell'08 agosto 1991, l'avvenuta installazione di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico con campo statico di induzione magnetica di 1,5 Tesla della ditta SIEMENS S.p.A. - Modello Magnetom Essenza da allocare presso l'U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni Di Dio", sito in Agrigento;

Vista la nota Prot./Area Int.5/n. 37221 del 7 maggio 2014 con la quale il Dipartimento ASOE invita gli uffici dell'ASP di Agrigento a volere effettuare apposito sopralluogo ispettivo presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni Di Dio", sito in Agrigento per verificare l'avvenuta installazione della suddetta apparecchiatura RMN ed a comunicarne gli esiti;

Vista la nota prot. n. 32287/dp Iav/14 del 14 luglio 2014 con la quale il Dirigente del S.I.A.V. del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Agrigento trasmette gli esiti del sopralluogo effettuato in data 09 luglio 2014 presso l'U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni Di Dio", sito in Agrigento, attestando l'avvenuta installazione di una

apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico con campo statico di induzione magnetica di 1,5 Tesla della ditta SIEMENS S.p.A. - Modello Magnetom Essenza;

Vista la conformità della documentazione di nomina e di accettazione dell'incarico riferite al Dott. Angelo Trigona quale Responsabile gestione medica e della sicurezza dell'impianto e del Dott. Salvatore Piraneo quale Esperto Responsabile della Sicurezza Fisica dell'impianto;

Ritenuto di dovere emanare il provvedimento con il quale si autorizza il Direttore Generale dell'ASP di Agrigento all'uso ed all'esercizio di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico con campo statico di induzione magnetica di 1,5 Tesla della ditta SIEMENS S.p.A. - Modello Magnetom Essenza presso l'U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni Di Dio", sito in Agrigento;

Vista la L.r. n. 10 del 15 maggio del 2000, ed in particolare l'art. 2) comma 2);

DECRETA

- Art. 1 Per i motivi in fatto e in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti del dispositivo, il Direttore Generale dell'ASP di Agrigento è autorizzato all'uso ed all'esercizio di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico con campo statico di induzione magnetica di 1,5 Tesla della ditta SIEMENS S.p.A. Modello Magnetom Essenza presso l'U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni Di Dio", sito in Agrigento.
- Art. 3 L'incarico di Responsabile della gestione medica dell'impianto RMN è affidato alla Dott. Angelo Trigona nato a Licata il 09/05/1953 giugno 1956.
- Art. 4 L'incarico di Esperto Responsabile dell'impianto RMN è affidato al Dott. Salvatore Piraneo, nato a Castrofilippo il 04/04/1959.
- Art. 5 E' fatto obbligo al Direttore Generale dell'ASP di Agrigento a provvedere all'acquisizione di tutte le autorizzazione, pareri o nulla osta occorrenti per la specifica attività, la cui competenza al rilascio è a carico di altre Pubbliche Amministrazioni.
- Art. 6 L'ASP di Agrigento territorialmente competente, è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui alla presente autorizzazione.
- Art. 7 Ogni eventuale variazione degli elementi costituenti la presente autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Palermo 23 106. 2014

Il Funzionario/Direttivo (Dott. Artale Castrenze)

Dirigente dell'Area Interdipartimentale 5
(Dott.Lorenzo Maniaci)